



**BAREVNÉ OZNAČOVÁNÍ
kovových tlakových nádob k dopravě
plynů
pro zdravotnické účely**

ČSN 07 8510

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Colour marking of metal pressure vessels for gases for medical use

Tato norma stanoví všeobecné požadavky a provedení základních nátěrů a doplňujícího barevného označení, jímž musí být opatřeny tlakové kovové nádoby (láhve, cisterny, bateriové vozy - dále jen nádoby) určené k dopravě plynů nebo jejich směsí pro zdravotnické účely.

Tato norma neplatí pro:

- a) nádoby na plyny pro technické účely
- b) láhve na odběr vzorků plynů
- c) Dewarovy nádoby a kontejnery do objemu 1000 litrů
- d) aerosoly podle ČSN 77 3000.

I. VŠEOBECNĚ

Základní nátěr

1. Nádoby (pokud nejsou vyrobeny z korozi-vzdorného materiálu nebo jejich povrch spolehlivě ochráněn proti korozi) musí být opatřeny základním nátěrem, který slouží jako ochrana proti korozi.

Doplňující označení

2. Kromě základního nátěru musí být nádoby na plyny pro zdravotnické účely opatřeny doplňujícím označením, které slouží ke spolehlivému rozlišení druhu plněného (dopravovaného) plynu i ke zdůraznění zvláštní úpravy nádoby z hlediska užití.

3. Jako doplňující označení se používají:

- a) barevné pruhy nebo barevné výseče
- b) barevné nápisy (názvy plynů, jejich chemický vzorec apod.)
- c) obrazový symbol bílého kříže

4 a 5 na doplňky.

Nahrazuje ČSN 07 8510
z 10.2.1972

Účinnost od:
1.4.1989

24817

-- Vynechaný text --