



**Skleněné teploměry
SKLENĚNÉ TEPLOMĚRY METEOROLOGICKÉ
pro teploty -60 °C až +65 °C
Společná ustanovení**

ČSN 25 8103

JK 632 715

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Meteorological glass thermometers for temperatures range from -60 °C to +65 °C. Common regulations

Tato norma platí pro výrobu a dodávání skleněných meteorologických teploměrů (dále jen teploměrů).

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Meteorologický teploměr - měřidlo určené k měření teplot v meteorologii, ve zkušebnictví a k jiným zvláštním případům měření teploty prostředí.
2. Teploměr staniční - je určen zejména k měření teploty vzduchu na meteorologických stanicích. Dvojice těchto teploměrů, v níž je nádoba jednoho z nich ovlhčována, tvoří staniční psychrometr, určený ke zjišťování vlhkosti vzduchu psychrometrickou metodou při přirozeném proudění vzduchu.
3. Teploměr k aspiračnímu psychrometru (součást aspiračního psychrometru) - je určen k měření teploty vzduchu a ke stanovení vlhkosti vzduchu psychrometrickou metodou při umělém proudění vzduchu.
4. Teploměr maximální - teploměr se speciální úpravou kapiláry, určený k měření a indikaci maximální teploty vzduchu za určité časové období.
5. Teploměr minimální - teploměr se speciálním zařízením, které umožňuje indikaci minimální teploty

vzduchu za určité časové období.

6. Teploměr půdní pro malé hloubky - teploměr určený k měření teploty půdy v malých hloubkách pod povrchem (do 500 mm).

Účinnost od:
1.4.1971

02294

-- Vynechaný text --