



**PREVÁDZKOVÉ TERMoeLEKTRICKÉ
SNÍMAČE TEPLoty**
Metódy skúšania
pri úradnom overovaní

ČSN 25 8305*
ST SEV 1060-78

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Industrial thermocouple sensor element.

Verification methods

Touto normou sa zavádza

ST SEV 1060-78 Metrológia. Prevádzkové termoelektrické snímače teploty. Metódy skúšania pri úradnom overovaní, (pozri str. 1 až 15)*) ako čs. štátna norma.

V zmluvneprávných vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili, (pozri str. 15) sa používa (v odvolávkach, citáciách a odkazoch) priamo norma RVHP.

Čs. norma je doplnená o čl. 01 platný len v ČSSR.

01. V ČSSR na rozdiel od čl. 4.1. ST SEV 1060-78 sa nepripúšťajú termoelektrické snímače teploty, ktoré majú na termoelektrickej vetve okrem meracieho stroja ďalší zvar (spoj).

DODATOK

Súvisiace čs. normy

ČSN 25 0405 Zkoušení a ověřování termoelektrických článků

ČSN 25 8005 Názvosloví z oboru měření teplot

ČSN 25 8010 Směrnice pro měření teplot v průmyslu

ČSN 25 8301 Termoelektrické a odporové snímače teplota tekutin

ČSN 25 8304 Prevázkové termoelektrické snímače teploty. Technické požiadavky (obsahuje ST SEV 1059-78)

ČSN 25 8385 Keramické ochranné trubky pro termoelektrické teploměry

ČSN 25 8386 Keramické izolační tyče pro termoelektrické články

ČSN 25 8387 Keramické izolační trubičky pro termoelektrické články

ČSN 35 6720 Platinové měřicí odpory pro teploměry se základním intervalem 38,5. Základní hodnoty

*) V preklade ST SEV 1060-78 boli pre vyjadrovanie teploty ponechané len °C, odpovedajúce údaje v K boli vypustené.

x Norma ktorej zmena alebo zrušenie môže vyvolať vecnú zmenu (zmenu hodnôt a požiadaviek) tejto normy a naopak.

Účinnosť od:
1.1.1982

25945

-- Vynechaný text --