



**Zemní plyn
STANOVENÍ OBSAHU KONDENZUJÍCÍCH
UHLOVODÍKŮ
Část 2: Vážková metoda**

Červen 1995

**ČSN
ISO 6570-2**

38 5575

Natural gas. Determination of potential hydrocarbon liquid content. Part 2: Weighing method

Gaz naturel. Détermination de la teneur en hydrocarbures liquides potentiels. Partie 2: Méthode par pesée

Erdgas. Bestimmung des Gehaltes an verflüssigbare Kohlenwasserstoffe. Blatt 2: Gewichtsmethode

Tato norma obsahuje ISO 6570/2:1984.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 6570/1 zavedena v ČSN ISO 6570-1 Zemní plyn. Stanovení obsahu kondenzujících uhlovodíků. Část 1. Princip a obecné požadavky (38 5575)

ISO 6570/3 zavedena v ČSN ISO 6570-3 Zemní plyn. Stanovení obsahu kondenzujících uhlovodíků. Část 3: Objemová metoda (38 5575)

Další souvisící normy

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

Vypracování normy

Zpracovatel: Ústav pro výzkum a využití paliv, a. s., Praha 9-Běchovice, IČO 45274843, Ing. Alena Fojtíková

**ZEMNÍ PLYN - STANOVENÍ OBSAHU
KONDENZUJÍCÍCH UHLOVODÍKŮ
Část 2: Vážková metoda**

**ISO 6570/2
První vydání
1984-07-15**

MDT 665.612.3:536.423.4

Deskriptory: natural gas, gas analysis, determination of content, hydrocarbons, liquids, apparatus, weight analysis.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodní normy Radou ISO.

Mezinárodní norma ISO 6570/2 byla zpracována technickou komisí ISO/TC 158 Analýza plynů a byla rozeslána členům v květnu 1982.

Mezinárodní norma byla schválena členy z následujících zemí:

Austrálie Německo Jihoafrická republika

Belgie Irsko Thajsko

Kuba Itálie Spojené království

Československo Korea SSSR

Žádný člen nevyjádřil nesouhlas s touto normou.

1 Předmět normy

Tato část ISO 6570 specifikuje vážkovou metodu stanovení obsahu kondenzujících uhlovodíků v zemním plynu.

Vážení se provádí manuálně, ale automatické vážení může být rovněž použito za předpokladu, že neovlivní přesnost stanovení.

Princip a obecné požadavky metod stanovení obsahu kondenzujících uhlovodíků jsou popsány v ISO 6570/1. Alternativní objemová metoda stanovení kondenzujících uhlovodíků je popsána v ISO 6570/3.

-- Vynechaný text --