

## SLITINY NA BÁZI OLOVA A CÍNU

Část 3: Stanovení antimonu metodou atomové absorpce

ČSN 42 0614-3

Lead - tin base alloys. Determination of antimony by the atomic absorption method

Alliages à la base du plomb et de l'étain. Dosage de l'antimoine par spectrométrie d'absorption atomique

Legierungen auf Blei- und Zinnbasis. Die Bestimmung des Antimons durch Atomabsorptionsspektrometrie

Předmluva

Tato norma je částí ČSN 42 0614 - viz ČSN 42 0614-1 Předmluva.

Citované normy

ČSN 42 0602 Neželezné kovy a jejich slitiny. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru

Vypracování normy

Zpracovatel: Inovační technologické centrum - Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, IČO 011 711  
- Ing. Alena Šimůnková

Technická normalizační komise: TNK 63 Rozbor kovů a rud

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Věra Ceznerová

1 Předmět normy

Tato norma určuje metodu atomové absorpce pro stanovení antimonu ve slitinách na bázi olova a cínu a platí pro obsahy od 0,05 % do 3,5 %.

Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 42 0602: 1985.

© Český normalizační institut, 1993

15486