



Ropné výrobky
METÓDA STANOVENIA BODOV VZPLANUTIA
A HORENIA V OTVORENOM TÉGLIKU
PODĽA CLEVELANDA

ČSN 65 6212

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Testing of mineral oils. Flash and fire points in open cup after Cleveland open cup

Táto norma je prekladom ST SEV 5469-86 Ropné výrobky. Metóda stanovenia bodov vzplanutia a horenia v otvorenom téglíku podľa Clevelanda.

V norme sú uvedené dopĺňajúce ustanovenia v čl. 3.7, 4.1.1, 4.2.1 a v informačnej prílohe 1, označené ako „čs. doplnok“.

V zmluvno-právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili, sa používa (v odvolávkach v zmluvných dokumentoch) priamo norma RVHP.

Táto norma platí pre stanovenie bodu vzplanutia a bodu horenia ropných a iných výrobkov v otvorenom téglíku.

1 PODSTATÁ SKÚŠKY

Metóda spočíva v zohrievaní vzorky v otvorenom téglíku predpísanou rýchlosťou do prvého vzplanutia pár vzorky nad hladinou po priblížení skúšobného plamienka (bod vzplanutia) a v ďalšom zohrievaní vzorky, pri ktorom pary vzplanú a horia bez prerušenia najmenej 5 s (bod horenia).

2 VZORKOVANIE A PRÍPRAVA VZORKY

Vzorky sa odoberajú podľa ČSN 65 6005 (zodpovedá ST SEV 1248-78).

3 PRÍSTROJE, CHEMIKÁLIE A MATERIÁLY

3.1 Prístroj na stanovenie bodu vzplanutia v otvorenom téglíku podža Clevelanda, ktorého popis je uvedený v prílohe, príp. automatické alebo poloautomatické prístroje, ktoré dávajú výsledky, ktorých rozdiely neprevyšujú povolené hodnoty.

ČSN 65 6212
z 1.8.1974

Účinnosť od:
01.07.1988

30117

-- Vynechaný text --