



**Laboratorní sklo. Odměrné válce. Část 2:
Válce s kruhovými dělicími čárkami**

ČSN 70 4102-2

70 4102

Laboratory glassware - Measuring cylinders - Part 2: Graduated measuring cylinders with ring marks at main points

Verrerie delaboratoire - Eprouvettes - Partie 2: Eprouvettes graduées a traits circulaires aux points principaux

Laborgeräte aus Glas - Meßzylinder - Teil 2: Meßzylinder mit Hauptpunkten - Ringteilung

Předmluva

ČSN 70 4102 Laboratorní sklo. Odměrné válce se skládá z těchto částí:

Část 1: Válce se stupnicí

Část 2: Válce s kruhovými dělicími čárkami

Citované normy

ČSN ISO 719 Sklo. Odolnost skleněné drti proti vodě při 98 °C. Metoda zkoušení a rozdělení do tříd (70 0531)

ČSN ISO 718 Laboratorní sklo. Odolnost proti náhlé změně teploty a výdržnost při náhlé změně teploty. Metody zkoušení (70 0536)

ČSN ISO 383 Laboratorní sklo. Vyměnitelné kuželové zábrusy (70 4005).

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

ISO 4788:1980 Laboratory glassware. Graduated measuring cylinders (Laboratorní sklo. Odměrné válce se stupnicí)

DIN 12 680, teil 2 (83) Laborgeräte aus Glas. Meßzylinder mit Hauptpunkten - Ringteilung (Laboratorní sklo. Odměrné válce s kruhovými dělicími čárkami)

DIN 12 685, teil 2 (83) Laborgeräte aus Glas. Mischzylinder mit Hauptpunkten - Ringteilung (Laboratorní sklo. Směšovací válce s kruhovými dělicími čárkami)

Nahrazení předchozí normy

Tato norma spolu s ČSN 70 4102-1 nahrazuje ČSN 70 4102 z 2. 2. 1987.

Změny proti předchozí normě

Z normy byla vypuštěna ustanovení týkající se vad skla, zkoušení, přejímky, balení, dopravy a skladování.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sklárny Kavalier, a. s., Sázava, IČO 00012653, Ing. Eva Koldcsiterová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Pokorná

1 Předmět normy

Tato norma stanoví požadavky na řadu odměrných válců s kruhovými dělicími čárkami (dále jen válců), vhodných pro všeobecné laboratorní použití.

-- Vynechaný text --