

2005

Chirurgické nástroje - Chirurgické jehly	ČSN 85 5925
--	-------------

Instruments for surgery - Surgical needles

Instruments chirurgicaux - Chirurgicaux aiguilles

Chirurgische Instrumente - Chirurgische Nähnadeln

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 85 5925 z 1984-10-31.

	© Český normalizační institut, 2005 72409 Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
---	---

trojúhelníkovým průřezem špice byly vypuštěny jehly průměrů d 1,5 mm, 1,8 mm, 1,9 mm a 2,0 mm.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 13485 (85 5001) Zdravotnické prostředky - Systém managementu jakosti - Požadavky pro účely předpisů

ČSN EN 1041 (85 5201) Informace výrobce zdravotnických prostředků

ČSN EN 980 (85 0005) Grafické značky pro označování zdravotnických prostředků

Vypracování normy

Zpracovatel: BSV Kubiš, s.r.o., IČ 26222558, Igor Kubiš

Technická normalizační komise: TNK 81 Zdravotnické prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Krista Komrsková

Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma platí pro chirurgické jehly používané pro sešívání tkání při chirurgických operacích. Stanovuje typy a rozměry jehel, jejich označování, způsob přejímky, balení a skladování.

Norma neplatí pro atraumatické jehly.

-- Vynechaný text --